

Протокол
Итогов тендера по закупу «Медицинской техники и медицинских изделий» на 2021 г.
КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".

г.Алматы

«08» июля 2021 года



Наименование заказчика: КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Адрес заказчика: г. Алматы, ул. Г. Орманова, 17А

Дата начала приема заявок: 11.06.2021 г.

Дата окончания приема заявок: до 14:00 часов 02.07.2021 г.

Комиссия в составе:

1. Сауранбаев Б.К., директор - председатель комиссии / 
2. Уранкаева Г.К., зам.директора по лечебной работе, член комиссии / 
3. Абуова А.А., заведующая лабораторией, член комиссии / 
4. Керимов А.Е., специалист лаборатории - член комиссии; отсутствовал по причине трудового отпуска согласно приказа №139-К от 17.06.2021 г.
5. Ерденов Н.А., экономист, член комиссии / 
6. Жиентаев М.К., экономист - секретарь комиссии / 

(Экспертная комиссия не привлекалась).

Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и суммы, выделенной для их закупа по каждому наименованию.

1. Наименование, краткая характеристика:

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.изм	Количество, объем	Цена за единицу в тенге	Общая сумма в тенге
1	Анализатор мочи	Шт	2	2250000,00	4500000,00
2	Мочевые тест-полоски 100 полосок/упак.	Упак.	25	22000,00	550000,00
3	Контроль качества полосок	Наб.	1	220000,00	220000,00
4	Бумага для анализатора мочи 57*30	Шт.	50	650,00	32500,00
5	Вошер для микропланшет	Шт.	1	2050000,00	2050000,00

6	Фотометр для микропланшет	Шт.	1	3555000,00	3555000,00
7	Автоматический гематологический анализатор	Шт	1	4800000,00	4800000,00
	Итого:				15707500 (Пятнадцать миллионов семьсот семь тысяч пятьсот) тенге

Техническая спецификация закупаемых товаров

Техническая спецификация по лоту № 1

Анализатор мочи представляет собой полуавтоматический прибор для анализа мочи с использованием тест-полосок. Данный прибор имеет малые габариты и может выполнять большое количество функций.

- Малые габариты и масса, простая конструкция

Для установки прибора требуется минимальная площадь, соответствующая размерам листа формата А4. Легкая конструкция прибора, обеспечивающая его малую массу (3,6 кг), позволяет устанавливать прибор в различных местах и легко переносить. Несмотря на малые габаритные размеры, данный прибор содержит в себе сложные функциональные узлы, включая дисплей, встроенный принтер, секцию, удаляющую избыток мочи, механизм подачи тест-полосок, механизм автоматического выброса использованных тест-полосок и резервное запоминающее устройство, в котором может храниться до 520 результатов измерений.

- Работа в полуавтоматическом режиме

Пользователь прибора погружает тест-полоски в пробирки с пробами мочи, после чего укладывает полоски в загрузочный лоток прибора. При этом отсутствует необходимость переливать мочу из емкостей для сбора в специальные емкости для проведения анализа. Прибор позволяет легко исследовать пробы мочи малого объема.

- Звуковой сигнал для контроля времени погружения

Прибор имеет функцию подачи звукового сигнала через заданные промежутки времени для обеспечения оптимального времени погружения полосок. Таким образом, пользователь имеет возможность погружать каждую тест-полоску на необходимый промежуток времени, ориентируясь по звуковому сигналу, который позволяет поддерживать время погружения тест-полосок постоянным.

Техническая характеристика.

Индикаторы измерения: Глюкоза, кетоновые тела, билирубин, нитриты, белок, уробилиноген, pH, скрытая кровь, лейкоциты, альбумин, креатинин, удельная масса, цветовой тон

Метод измерений: Метод тестовых полосок. Фотометрический метод двухволнового отражения (одиночная волна для прибора с балочными выводами)

Длины волн: 4-волновой светодиоид (430,565,635,и 760 нм)

Время реакции:60 секунд

Скорость исследования: 514 образцов в час (максимальный режим обработки: 7-секундный интервал)

Экран: ЖК экран (используются значки)

Встроенный принтер: 32-разрядный термальный принтер (ширина-58мм)

Порт передачи данных: Подходит к RS-232C (серия). Дополнительный параметр: Ethernet

Емкость памяти данных: 520 тестов

Условия эксплуатации: Температура: от 10 до 30°C; Влажность: от 20 до 80% относительной влажности (не образующий конденсат)

Техническая спецификация по лоту № 2

Мочевые тест-полоски могут быть использованы как в автоматическом, так и в ручном режиме – цветочкодирование указано на банке. Полоски отличаются высоким качеством, стабильностью и воспроизводимостью результатов. Типы полосок: от 4 до 10 параметров.

Особенности

[Глюкоза] – Тестовая полоска реагирует только на β -D глюкозу и не подвержена влиянию снижения метаболитов или сахара (сахароза, лактоза и фруктоза).

[Белок] – Тестовая полоска восприимчива к альбумину, но менее восприимчива к глобулину, белку Бенс-Джонса и мукопротеиду.

[Билирубин] – Тестовая полоска реагирует на билирубин.

[Уробилиноген] – Тестовая полоска восприимчива к уробилиногену в моче.

[Креатинин] – Тестовая полоска реагирует на креатинин.

[pH] – Определение pH к 0.5 возможен в диапазоне pH 5-9.

[Удельный вес] – Определение удельного веса к ближайшей единице 0.5 в диапазоне 1.000 до 1.030.

[Кровь] – Тестовая полоска более восприимчива к гемоглобину и миоглобину, чем к эритроцитам. Полное отсутствие гемолиза может вызвать отрицательный результат, несмотря на присутствие эритроцитов в осадке.

[Кетоны] – Не восприимчив к β -гидроксимасляной кислоте. Реакция с ацетоном 1/10 ацетоуксусной кислоты.

[Нитрит] – Тестовая полоска реагирует на нитрит. Плотность цвета не соотносится с числом бактерий.

[Лейкоциты] – Тестовые полоски реагируют на эстеразу в зернистых лейкоцитах.

Техническая спецификация по лоту № 3

Применение

Это контроль качества Полосок Mikroalbumina / Креатинин.

Описание продукта

Доступен в двух уровнях (2 бутылки x 25ml каждая в упаковке). Они поставляются в виде жидкости, не требуют предварительной подготовки или растворения. Готовятся путем добавления различных соединений к человеческой моче, реакции происходят во время контроля качества. Были добавлены консерванты, чтобы предотвратить развитие бактериальной флоры.

Процедура тестирования

Поставляемый материал

Уровень 1 2 флак x 25 мл

Уровень 2 2 флак x 25мл

Сопоставление ожидаемых результатов 1 карта

Техническая спецификация по лоту № 4

Бумага для мочевого анализатора 57*30. Все ролики упакованы в термоусадочную пленку, которая защищает ленту от повреждений и влаги. Бумага не содержит фенол, бисфенол А.

Техническая спецификация по лоту № 5

Устройство промывки планшет для ИФА

Требования к устройству для промывки планшет.

Наличие не менее 8-ми каналов промывающей головки.

Наличие сменной промывающей головки.
Регулируемый объем наполнения лунки не хуже 50 – 3000 мкл (с шагом 50 мкл).
Остаточный объем не более 2 мкл.
Наличие режима замачивания.
Наличие режима придонной аспирации.
Наличие режима крестообразной аспирации.
Наличие режима промывки с переполнением.
Управление потоком наполнения лунок не менее 10 скоростей.
Программируемое время «замачивания» раствора в лунках не менее 0-59 мин.
Наличие программируемых операций промывки: выбор меню и параметров промывки.
Число промывок не менее 9-ти.
Возможность сохранения не менее 75 программ промывки в памяти прибора.
Точность дозирования не хуже <3%.
Воспроизводимость дозирования не хуже CV <5%.
Возможность настройки не менее 10 вариантов на разную геометрию лунок микропланшета.
Наличие возможности программирования не менее 6-ти параметров режимов наполнения и аспирации.
Наличие дополнительных режимов: промывка дист. водой; автопромывка дист. водой; дезинфекция.

Техническая спецификация по лоту № 6

Фотометр для ИФА

Требования к фотометру.

Наличие возможности работы с различными 96-луночными микропланшетами с прозрачным дном: плоскими, С-, U- и V-образными; включая стрипы.

Одноволновое время измерения - менее 15 сек.

Двухволновое время измерения - менее 20 сек.

Наличие не менее пяти установленных фильтров: 405, 450, 492, 550 и 620 нм.

Наличие разрешения не хуже 0, 0001 ОП.

Точность при 450, 492 нм соответствует: при 0,000 – 2,000 ОП: $\leq (1,0 \% + 0,010 \text{ ОП})$; при 2,000 – 3,000 ОП: $\leq (1,5 \% + 0,010 \text{ ОП})$.

Воспроизводимость при 450, 492 нм соответствует: при 0,000 – 2,000 ОП: $\leq (0,5 \% + 0,005 \text{ ОП})$; при 2,000 – 3,000 ОП: $\leq (1,0 \% + 0,005 \text{ ОП})$.

Линейность при 450, 492 нм соответствует: при 0,000 – 2,000 ОП: $\leq 1\%$; при 2,000 – 3,000 ОП: $\leq 1,5 \%$.

Точность длины волны фильтра: не хуже $\pm 2 \text{ нм}$.

Диапазон фильтра при 50 % передаче: не хуже $10 \pm 2 \text{ нм}$.

Источник света: СИД.

Интерфейс USB 1.1 / 2.0

Наличие функции шейкирования с возможностью варьирования времени шейкирования.

Техническая спецификация по лоту № 7

Автоматический гематологический анализатор

Общая характеристика

Система: Закрытая система (установка реагентов с помощью карт реагентов)

Пропускная способность: 60 образцов / час

Принцип: Импеданс для WBC, RBC, PLT; Безцианидный метод для HGB

Каналы: 2

Диаметр отверстия: Камера WBC: 100 мкм, камера RBC / PLT: 70 мкм

Параметры:

21 параметр (включая WBC, Neu, Lym, Gran, Neu, Lym, Gran,

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC)
 Гистограммы: 3 гистограммы (включая гистограммы WBC, RBC, PLT)
 Лампа HGB: светодиод 530нм
 Объем образца: Обычный: не более 9 мкл, Разбавленный: не более 20 мкл
 Программное обеспечение
 Калибровка: Ручная, автоматическая и свежая калибровка крови
 Режимы подсчета: Цельная кровь, капиллярная цельная кровь, предварительно разведенная, интеллектуальный режим подсчета
 Печать: Автоматическая печать, ручная печать
 LIS: Поддержка двунаправленного LIS
 Реагент
 Стандартный Реагент: Разбавитель: 20 л, Лизис: 500 мл
 Очищающее стандартное средство: 50мл
 Техническая характеристика
 Вход: 10,4-дюймовый сенсорный экран, клавиатура, мышь
 Выход: Наличие встроенного принтера, поддержка внешнего принтера
 Бумага для принтера: не менее 80 × 35 мм
 Интерфейс: Наличие 4 порта USB, 1 сетевой порт
 Хранение: не менее 600 000 результатов с гистограммой
 Размер: не более 28 x 43 x 40 см
 Блокировка: Высокое напряжение, промывка под высоким давлением
 Вес: не более 17,5 кг

2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:

№	Наименование потенциальных поставщиков	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «MEDOPTIMUM» г.Нур-Султан,проспект Сарыарка, 31/2,ВП-32, 11 этаж	БИН 160640015675	30.06.2021 г. 14 час. 28 мин
2	ТОО «Sivital Казахстан» г. Алматы, ул.Шарипова, 89, н.п.41, 050000	БИН 130640014681	01.07.2021 г. 09 час. 33 мин.
3	ТОО «Интермедика Алматы», г.Алматы, пр-т Райымбек, 348/4,офис 211,050000	БИН 070540003748	01.07.2021 г. 10 час. 55 мин.
4	ТОО «ВИТЕНА» г. Алматы, ул. Исаева159,050008	БИН 080340019868	02.07.2021 г. 09 час. 10 мин
5	ТОО «Компания Демеу», г. Алматы, ул. Майлина,56,050000	БИН 15084007643	02.07.2021 г. 09 час. 45 мин
6	ТОО «PRIME MEDICAL» г.Нур-Султан, ул. Сарыарка, 31/1, офис 1 , 010000	БИН 160640015635	02.07.2021г. 11 час. 50 мин.

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы подтверждающие правоспособность (для юр.лиц) гражданская Дееспособность (для физ.лиц)	Таблица цен потенциального поставщика	Документ подтверждающий платежеспособность, об отсутствии налоговой задолженности, отсутствии задолженности по ОПВ, ОППВ, СО, ОСМС	Информация перечня недобросовестных потенциальных поставщиков	Документ подтверждающий разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физ. и юр.лица
1	ТОО «MEDOPTIMUM»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 29.06.2021 г.	Несостоит	В наличии
2	ТОО «Sivital Казахстан»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 25.06.2021 г.	Несостоит	В наличии
3	ТОО «Интермедика Алматы»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 21.06.2021 г.	Несостоит	В наличии
4	ТОО «ВИТЕНА»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 29.06.2021 г.	Несостоит	В наличии
5	ТОО «Компания Демеу»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 14.06.2021 г.	Несостоит	В наличии
6	ТОО «PRIME MEDICAL»	В наличии	В наличии	Справка с его в по состоянию на 29.06.2021 г.	Несостоит	В наличии

4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:

№ п/п лотов	Наименование поставщика	Наименование закупаемых товаров	Кол-во, объем	Единица измерения	Цена за единицу	Общая сумма
7 лот	ТОО «MEDOPTIMUM»	Автоматический гематологический анализатор КТ-60	1	Шт.	2950000,00	2950000,00
6	ТОО «PRIME MEDICAL»	В наличии	В наличии	Несостоит	В наличии	

1 лот	ТОО «Sivital Казахстан»	Анализатор мочи полуавтоматический Urilyzer 500 Pro	2	Шт.	1768916,00	3537832,00
2 лот	ТОО «Sivital Казахстан»	Тест полосы «Combi Screen», 11SYS PLUS №150	25	Упак.	15419	385475,00
5 лот	ТОО «Sivital Казахстан»	Автоматический комбинированный планшетный вошер-шейкер-инкубатор CombiWash*CombiWash*	1	Шт.	2000000,00	2000000,00
6 лот	ТОО «Sivital Казахстан»	Иммуноферментный полуавтоматический анализатор HumaReader HS	1	Шт.	2570132,00	2570132,00
7 лот	ТОО «Sivital Казахстан»	Гематологический анализатор закрытого типа HumaCount 80 TS	1	Шт.	3510000,00	3510000,00
1 лот	ТОО «Интермедика Алматы»	Анализатор мочи CL-500 в комплекте с принадлежностями:	2	Шт.	900000,00	1800000,00
5 лот	ТОО «Интермедика Алматы»	Микропланшетный промыватель (вошер) ImmunoChem-2600 (стандартный пакет программ промывки)	1	Шт.	1925000,00	1925000,00
6 лот	ТОО «Интермедика Алматы»	Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор ImmunoChem-2100 в комплекте с принадлежностями:	1	Шт.	1700000,00	1700000,00
7 лот	ТОО «Интермедика Алматы»	Автоматический Гематологический анализатор MicroCC- 20PLUS	1	Шт.	2950000,00	2950000,00
5 лот	ТОО «ВИТЕНА»	Устройство для промывки планшет PW 40	1	Шт.	2000000,00	2000000,00
6 лот	ТОО «ВИТЕНА»	Фотометр PR 4100 для микропланшет	1	Шт.	3500000,00	3500000,00
1 лот	ТОО «Компания Демеу»	Анализатор мочи AUTION ELEVEN AE-402	2	Шт.	2247000,00	4494000,00
2 лот	ТОО «Компания Демеу»	Aution Stick 10EA-Тест-полоски Аудион Стикс-10EA	25	Упак.	21000,00	525000,00
3 лот	ТОО	Аудиончекплюс (Aution check plus)	1	Наб.	218000,00	218000,00

	«Компания Демеу»					
4 лот	TOO «Компания Демеу»	Бумага для анализатора 57*30	50	Шт.	630	31500,00
1 лот	TOO «PRIME MEDICAL»	Анализатор мочи Mission U500	2	Шт.	900000,00	1800000,00
2 лот	TOO «PRIME MEDICAL»	Mission реагентные тест-полоски для анализа мочи 11A (11 параметров)	25	Упак.	12600,00	315000,00
3 лот	TOO «PRIME MEDICAL»	Контрольная жидкость в пробирке Misison	1	Наб.	5000,00	5000,00
4 лот	TOO «PRIME MEDICAL»	Термобумага для принтера	50	Шт.	150,00	7500,00

5. Отклоненные заявки на участие в конкурсе (количество заявок)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП	Причина отклонения
1	TOO «Sivital Казахстан»	130640014681	На основании пункта подпункта 12 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729 по лотам №1,5,6,7
2	TOO «Интермедика Алматы»	070540003748	На основании пункта подпункта 12 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729 по лотам №1,5,6,7
3	TOO «Компания Демеу»	15084007643	На основании пункта подпункта 1 пункта 81, главы 9 Постановления Правительства РК №1729 по лотам №1,2,3,4

6. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП
1	TOO «MEDOPTIMUM»	БИН 160640015675
2	TOO «Sivital Казахстан» по лоту №2	БИН130640014681
3	TOO «ВИТЕНА»	БИН 080340019868
4	TOO «PRIME MEDICAL»	БИН 160640015635

7.Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.

8.Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

- На основании пункта 85, главы 9 Постановления Правительства РК №1729 признать тендер по лотам № 2 состоявшимся;
- На основании пп.3 пункта 84 в силу допуска одного потенциального поставщика закуп способом тендера по лотам №1,3,4,5,6,7 признать несостоявшимся.

№ лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и нахождение победителя	Сумма договора
2	Мочевые тест-полоски 100 полосок/упак.	Упак.	25	ТОО «PRIME MEDICAL» г.Нур-Султан, ул. Сарыарка, 31/1, офис 1 , 010000	315000,00


- Определить победителем по лоту №2 ТОО «PRIME MEDICAL» г.Нур-Султан, ул. Сарыарка, 31/1, офис 1 , 010000

9.Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя.

лота	Наименование закупаемых товаров	Ед.измерения	Количество	Наименование и нахождение победителя	Сумма договора
2	Мочевые тест-полоски 100 полосок/упак.	Упак.	25	ТОО «Sivital Казахстан» г. Алматы, ул.Шарипова, 89, н.п.41, 050000	385475 тенге

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «PRIME MEDICAL» г.Нур-Султан, ул. Сарыарка, 31/1, офис 1 , 010000.

Комиссия в составе:

- 1.Сауранбаев Б.К., директор - председатель комиссии / 
2. Уранкаева Г.К., зам.директора по лечебной работе, член комиссии / 
3. Абуова А.А., заведующая лабораторией, член комиссии/ 
- 4 Керимов А.Е., специалист лаборатории - член комиссии; отсутствовал по причине трудового отпуска согласно приказа №139-К от 17.06.2021 г.
- 5.Ерденев Н.А., экономист, член комиссии/ 
6. Жиентаев М.К., экономист - секретарь комиссии/ 