

**Протокол**  
**Итогов тендера по закупу «Медицинской техники и медицинских изделий» на 2022 г.**  
**КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".**

г.Алматы

«11» марта 2022 года


**Наименование заказчика:** КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

**Адрес заказчика:** г. Алматы, ул. Конаева 18/2

**Дата начала приема заявок:** 11.02.2022 г.

**Дата окончания приема заявок:** до 10:00 часов 03.03.2022 г.

**Комиссия в составе:**

1. Уранкаева Г.К. зам.директора по эпид.орг. вопросам / председатель комиссии / 
2. Абуова А.А., зав. лабораторией, член комиссии / 
3. Мельмана С.А., и.о. заведующего лечебного отдела, член комиссии / 
4. Карабалаева Д.А., бухгалтер, член комиссии / 
5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии / 


(Экспертная комиссия не привлекалась).

Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и сумм, выделенной для их закупа по каждому наименованию.

**1. Наименование, краткая характеристика:**

| № лота | Наименование закупаемых товаров                                                                                                           | Ед.изм   | Количество, объем | Цена за единицу в тенге | Общая сумма в тенге |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 1      | Экспресс-тест OnSite 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab                                                                             | упаковка | 80                | 52500                   | 4 200 000           |
| 2      | Контроль Positivita HIV P24 Ag                                                                                                            | упаковка | 1                 | 100000                  | 100 000             |
| 3      | Alere Pima CD4 (Cartridge Kit 100x) – картриджи Alere Pima CD4 (100шт/уп)                                                                 | упаковка | 35                | 760000                  | 26 600 000          |
| 4      | Alere Pima CD4 Test Bead standard – контрольные картриджи с флуоресцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня CD4 | упаковка | 4                 | 75000                   | 300 000             |

|    |                                                                                                           |              |            |        |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 5  | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | набор        | 10         | 36700  | 367 000    |
| 6  | Шприцы 5мл.                                                                                               | штук         | 25000<br>0 | 15     | 3 750 000  |
| 7  | Шприцы 2мл.                                                                                               | штук         | 10000<br>0 | 17     | 1 700 000  |
| 8  | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                            | упаков<br>ка | 8          | 40000  | 320 000    |
| 9  | Дозатор 1-канальный V=5-300 мкл                                                                           | штук         | 8          | 40000  | 320 000    |
| 10 | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                           | штук         | 8          | 40000  | 320 000    |
| 11 | Дозатор 8-канальный V=5-300 мкл                                                                           | штук         | 8          | 40000  | 320 000    |
| 12 | Пробирки для ПЦР V=0,2 мл (1000шт) Axygen®                                                                | упаков<br>ка | 5          | 32000  | 160 000    |
| 13 | Контрольная кровь Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3*2,5мл                                                       | набор        | 8          | 68920  | 551 360    |
| 14 | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) p24 набор диагностический 480 тестов                          | набор        | 415        | 107800 | 44 737 000 |
| 15 | Очиститель Концентрат 50 мл, Драйпак                                                                      | флако<br>н   | 2          | 11700  | 23 400     |
| 16 | (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)                                                          | флако<br>н   | 2          | 13800  | 27 600     |
| 17 | КомбиБест ВИЧ АГ/АТ (комплект 1)                                                                          | набор        | 20         | 82200  | 1 644 000  |
| 18 | Одноразовое гинекологическое зеркало                                                                      | штук         | 100        | 168    | 16 800     |
| 19 | Зонд урогенитальный одноразовый (универсальный тип А)                                                     | штук         | 300        | 90     | 27 000     |
| 20 | Предметное стекло 76*26                                                                                   | штук         | 900        | 54     | 48 600     |
| 21 | Иглодержатель одноразовый                                                                                 | штук         | 5000       | 28     | 140 000    |
| 22 | Игла бабочка, 22G, 1 ¼                                                                                    | штук         | 1000       | 63     | 63 000     |

с.с.в.  



|               |                                                                                                  |              |      |       |                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | двусторонняя, стерильная                                                                         |              |      |       |                                                                                                                 |
| 23            | Ваккумные пробирки для забора крови 5 мл, цвет крышки светло фиолетовый с гелем                  | штук         | 6000 | 48    | 288 000                                                                                                         |
| 24            | Ферментативный очиститель для гематологии 1 л                                                    | флако<br>н   | 10   | 19800 | 198 000                                                                                                         |
| 25            | Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)                                            | флако<br>н   | 6    | 37000 | 222 000                                                                                                         |
| 26            | Дилуент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)                        | ёмкос<br>ть  | 6    | 32000 | 192 000                                                                                                         |
| 27            | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт) | упаков<br>ка | 6    | 4000  | 24 000                                                                                                          |
| 28            | Микроцентрифужные пробирки Ахуген® MaxuClear Snaplock 2,0 мл (250 шт)                            | упаков<br>ка | 10   | 27000 | 270 000                                                                                                         |
| <b>Итого:</b> |                                                                                                  |              |      |       | <b>86 929<br/>760,00</b> (восемьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят) тенге |

### Техническая спецификация закупаемых товаров

| № лота | Наименование лекарственного средства                           | Описания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ед. измерения |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Экспресс-тест OnSite 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab  | Набор экспресс-тест OnSite 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab для анализатора экспресс тестов ALTA. Метод определения иммунохроматографический. Качественное и одновременное определение антител к вирусу ВИЧ-1 (включая O) и вирусу ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена p24 ВИЧ. Тест-кассет 30 шт. в упаковке. Капиллярные трубки 20 мкл 30шт., разбавитель образца 5мл 1фл., срок годности 24 месяцев, условия хранения +2+30С | 80(Упаковка)  |
| 2      | Контроль Positivia HIV P24 Ag                                  | (HIV-1 P24 Ag положительный контроль 1 фл/1мл, HIV-1 P24 Ag –отрицательный контроль 1 фл/1мл)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1(Упаковка)   |
| 3      | Alere Pima CD4 (Cartridge Kit 100x) – картриджи Alere Pima CD4 | Картриджи CD4– автоматические иммунологические тесты, предназначенные к использованию с флуоресцентным                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35(Упаковка)  |

С.А.    

|   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | (100шт/уп)                                                                                                                                | <p>анализатором, для быстрого количественного измерения <i>invitro</i> CD3+/CD4+ Т-клеток (Т-хелперов) в капиллярной или венозной цельной крови.</p> <p><b>Принцип теста</b><br/> Картриджи оснащены устройством для забора 25 µL образца и содержит сухие реагенты, необходимые для выполнения теста. Для снижения рисков контаминации анализатора и других образцов, картриджи CD4 и образцы никогда не контактирует с какими-либо частями анализатора. После вставки картриджа в анализатор сначала образец перистальтическими движениями транспортируется внутри картриджа в инкубационный отсек, где взаимодействует со специфическими антителами, меченными двумя флуоресцентными красителями, испускающими свет различных длин волн (краситель 1 и краситель 2).</p>                                                                                                                                                                                                               |               |
| 4 | Alere Pima CD4 Test Bead standard – контрольные картриджи с флуоресцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня CD4 | Контрольные картриджи с флуоресцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня CD4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4(Упаковка)   |
| 5 | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов                                 | <p>Формат теста – не менее 96 определений, планшет разборный до стрипов и до лунок</p> <p>Количество анализируемого образца – не более 150 мкл</p> <p>Чувствительность теста - минимальная определяемая концентрация HBsAg – 0,1 МЕ/мл</p> <p>Время реакции не более 2-х часов общего времени инкубации</p> <p>Стабильность К+2 - регидратированный реагент К+2 после растворения стабилен не менее 6 ч при температуре от +18 до +24 °С.</p> <p>Стабильность Рабочего раствора конъюгата - рабочий раствор конъюгата стабилен не менее 12 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С.</p> <p>Цветовая кодировка реагентов</p> <p>Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа</p> <p>Возможность ручной постановки и автоматической постановки на анализаторах открытого типа</p> <p>Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения РК.</p> <p>Наличие утвержденной инструкции по применению</p> | 10(набор)     |
| 6 | Шприцы 5мл.                                                                                                                               | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом: 5 мл-22G × 1 1/2”;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250000(штуки) |
| 7 | Шприцы 2мл.                                                                                                                               | Шприцы инъекционные трехкомпонентные, одноразовые, стерильные объемом: 2 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100000(штуки) |
| 8 | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                                                            | <p>Дозатор 100-1000 мкл (1-канальный)</p> <p>Артикул..... 12001364</p> <p>Диапазон пипетки ..... 100 -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (упаковка)  |

С.А.)

ф.ф.

В.И.И. Д.Ф.



|    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                                                        | 1000 мкл<br>Точность ..... ±<br>1,5 - 5,0 мкл<br>Стандартное отклонение..... 0,6 - 2,0 мкл<br>Коэффициент вариации .....<br>0,6 - 0,2 %-<br>Цвет .....<br>синий<br>Упаковка ..... 1 шт.<br>Дозатор оборудован модульным механизмом<br>регулировки объема для повышения точности и<br>воспроизводимости. Имеет большой дисплей, а<br>также шкалу сверхточной установки объема.                                                                                                                  |              |
| 9  | Дозатор 1-канальный V=5-300мкл                                                         | Количество каналов 1<br>Диапазон объема дозирования 5 - 300 мкл<br>Дискретность 5,00 мкл<br>Объем при тестировании 300/150/50 мкл<br>Точность 0,70/1,00/1,50 %<br>Воспроизводимость 0,25/0,50/0,80 %                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8(штук)      |
| 10 | Дозатор 1-канальный V=5-100мкл                                                         | Канальность дозатора 1-канальный<br>Диапазон дозирования, мкл 5-100<br>Точность, % ±1,0 при 10 мкл; ±0,4 при 50 мкл;<br>±0,15 при 100 мкл<br>Дискретность, мкл 0,1<br>Тип дозатора Механические дозаторы<br>переменного объема<br>Совместимые наконечники (артикул) 790101F,<br>790200, 790201, 790202, 790203, 790350, 790351,<br>790352, 790353, LH-B790204, LH-B790354, LH-<br>L790200, LH-L790202, LH-L790352, LH-<br>L790350, LH-LF790101<br>Совместимые фильтры (артикул) 721008, 721018 | 8(штук)      |
| 11 | Дозатор 8-канальный V=5-300мкл                                                         | - Диапазон объема от 10 до 100 мкл, шаг 0,5<br>мкл-<br>- ) ± 3,0% (при объеме 10мкл)-<br>б) ± 0,8% (при объеме 100мкл)-<br>- Воспроизводимость<br>а) менее 1,5% (при объеме 10мкл)-<br>б) менее 0,15% (при объеме 100мкл).<br>- Цвет корпуса белый.                                                                                                                                                                                                                                            | 8(штук)      |
| 12 | Пробирки для ПЦР V=0,2 мл<br>(1000шт) Axygen®                                          | ПЦР пробирки объемом 0,2 мл изготовлены на<br>99,9% из полипропилена, тонкостенные с<br>плоскими крышками предназначены для<br>размещения в стандартных 96-луночных блоках<br>и доступны в ассортименте цветов.<br>Ультратонкая и постоянная толщина стенки<br>позволяет точно передавать тепло. Крышки не<br>отшелкиваются при нагреве, плотно<br>закрываются чтобы предотвратить испарение.                                                                                                  | 5 (упаковка) |
| 13 | Контрольная кровь Para 12 Extend<br>(1L, 1N, 1H) 3*2,5мл                               | Para 12 Extend 3*2,5мл (1L, 1N, 1H) Реагент<br>содержит стабилизированные эритроциты<br>человека, тромбоциты, стабилизаторы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 (набор)    |
| 14 | Тест система иммуноферментная<br>(ВИЧ1 и ВИЧ2) р24 набор<br>диагностический 480 тестов | 1. Формат теста – не менее 480<br>определений (96x5, планшет полистироловый<br>разборный до стрипов и до лунок)<br>2. Однотайпный формат теста<br>(одновременная инкубация образцов с<br>растворами конъюгатов без стадии промывки).<br>3. Один цикл промывок планшета в ходе                                                                                                                                                                                                                  | 415 (набор)  |

- постановки анализа
4. Общее количество промывок планшета не более 4
  5. Инкубация с ТМБ-субстратным раствором при комнатной температуре
  6. Объем внесения стоп-реагента в лунку рабочего планшета не менее 150 мкл
  7. Коэффициент для расчета ОП критического 0,25
  8. Количество анализируемого образца: не более 70мкл
  9. Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа
  10. Чувствительность 100%
  11. Специфичность на случайной выборке доноров (не менее 5000 доноров) - выше 99,9%
  12. Чувствительность набора при определении антигена (p24) ВИЧ-1 – 10пг/мл
  13. Возможность проведения 480 (пять разборных планшетов) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу и по одной лунки) использования набора или для одновременной постановки 480 (96x5) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа.
  14. Длительность анализа не более 85 мин.
  15. Учет результатов при 450/620-680 нм. Допустим учет результатов при одной длине волны – 450 нм.
  16. Внутрисерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 8%
  17. Межсерийная воспроизводимость - коэффициент вариации не более 10%
  18. Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора не менее 28 дней при хранении при температуре от +2С до +8С, при температуре от +18С до +25С не менее 14 суток.
  19. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-1 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 30 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.
  20. Стабильность приготовленного рабочего раствора конъюгата-2 после вскрытия при хранении в защищенном от света месте при температуре от +2С до +8С - не менее 14 суток, при температуре от +18С до +25С не менее 12 часов.
  21. Стабильность приготовленного рабочего раствора субстратной смеси при температуре от +18С до +25С не менее 10 часов.
  22. Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев.
  23. Транспортирование наборов должно производиться при температуре от +2С до +8С. при температуре от 9 до 25°С не менее 10 суток при температуре от 26 до 30°С не менее 5 суток
  24. Дополнительные принадлежности



|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                  | <p>входящие в состав набора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) крышки к полистироловым 96-луночным планшетам не менее 5 штук</li> <li>2) плёнки защитные для ИФА-планшетов не менее 10 штук</li> <li>3) наконечники одноразовые не менее 80 штук</li> <li>4) ванночки пластиковые для жидких реагентов не менее 10 штук</li> <li>5) пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock не менее 3 штук</li> </ol> <p>25. Наличие склада для хранения тест-наборов</p> <p>26. Наличие товара не менее 50 наборов и возможность тест - наборы оставлять на ответственном хранении до востребования</p> <p>27. Доставка с соблюдением «Холодовой цепи»</p> <p>28. Наличие регистрационного удостоверения РК</p> <p>29. Наличие сертификата CE</p> <p>30. Наличие утвержденной инструкции по применению</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 15 | Очиститель Концентрат 50 мл, Драйпак             | 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack) адаптированные для MicroCC-20Plus – современный, автоматический гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 (флакон) |
| 16 | (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack) | Состав: гипохлорид натрия не менее 5%, Фасовка: 1*50 мл, Буферный раствор гипохлорида натрия. Жидкость бледно-желтого цвета с запахом хлорки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 (флакон) |
| 17 | КомбиБест ВИЧ АГ/АТ (комплект 1                  | <p>1. Метод определения основан на твердофазном иммуноферментном анализе.</p> <p>2. Набор предназначен для одновременного выявления антигена р24 ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в сыворотке (плазме) крови.</p> <p>3. Набор рассчитан на проведение 192 анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке), возможны до 12 независимых постановок анализа в ручном режиме или 2 постановки по 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа.</p> <p>«Сэндвич»-вариант ИФА, планшет стрипированный. Чувствительность р24 (ВИЧ-1) не хуже 10 пг/мл. Условия проведения анализа без шейкера и с использованием шейкера. Минимальное время анализа не более 1 ч. 35 мин.</p> <p>4. Результаты ИФА регистрируют с помощью спектрофотометра, позволяющий проводить измерения оптической плотности растворов в лунках планшета при длине волны 450 нм и/или в двухволновом режиме при основной длине волны 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне 620 – 650 нм</p> <p>5. Допускается регистрация результатов только с фильтром 450 нм.</p> <p>Выведение спектрофотометра на нулевой уровень (бланк) осуществлять по воздуху.</p> | 20 (набор) |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                 | <p>6. Набор содержит все необходимые для проведения анализа реагенты, кроме дистиллированной воды.</p> <p>7. Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", ванночек для реагентов, наконечников для пипеток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента.</p> <p>8. Цветовая маркировка крышек флаконов компонентов. Цветовая индикация компонентов.</p> <p>9. Результат качественного определения набором антител к ВИЧ-1 - чувствительность по антителам к ВИЧ-1 – 100%. Результат качественного определения набором антител к ВИЧ-2 - чувствительность по антителам к ВИЧ-2 – 100%. Специфичность по антителам к ВИЧ-1, ВИЧ-2 и антигену р24 ВИЧ-1 – 100%.</p> <p>10. Наборы хранить и транспортировать при (2-8)°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Не допускать замораживания.</p> <p>11. Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска.</p> |            |
| 18 | Одноразовое гинекологическое зеркало                                            | <p>Размер L. Это зеркало имеет диаметр 30 мм, Сертифицирован в соответствии с международным стандартом качества ISO 13485:2003 Имеет CE0434 Атравматично. Индивидуальная стерильная упаковка. Стерилизовано этилен оксидом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 (штук) |
| 19 | Зонд уrogenитальный одноразовый (универсальный тип А)                           | <p>Длина зонда (рабочая часть + ручка): 175 ± 10 мм</p> <p>Длина рабочей части (с ворсовым покрытием): 22 ± 2 мм.</p> <p>Диаметр рабочей части (с ворсовым покрытием): 3 мм</p> <p>2 излома под пробирку: 1-ый излом на расстоянии 62± 3 мм, 2-ой излом 88± 3 мм. 62± 3 мм.</p> <p>Упаковка: Индивидуальная, формованный блистер, в картонной коробочке по 100 шт, заводской короб 2000 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 (штук) |
| 20 | Предметное стекло 76*26                                                         | <p>Стекло предметное 76*26+/-1,0(+/-2,0) мм толщ. 1,0+/-0,1 мм Стекло предметное 76*26+/-1,0(+/-2,0) мм толщ. 1,0+/-0,1 мм №50</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900 (штук) |
| 21 | Иглодержатель одноразовый                                                       | <p>Держатель Improvacuter фиксирует иглу и пробирку в момент взятия крови.</p> <p>Материал: ПЭТ</p> <p>Нестерильный</p> <p>Резьба для установки двусторонней иглы</p> <p>Совместим с иглами-бабочками, луэр-адаптером и двусторонними иглами</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5000(штук) |
| 22 | Игла бабочка, 22G, 1 ¼ двусторонняя, стерильная                                 | <p>Размер 0,8x38 мм (21Gx1 1/2") зеленая длинная, с резьбой для установки держателя</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000(штук) |
| 23 | Ваккумные пробирки для забора крови 5 мл, цвет крышки светло фиолетовый с гелем | <p>Кодовый цвет крышки: фиолетовый</p> <p>Материал пробирки: пластик</p> <p>Материал для исследования: цельная кровь</p> <p>Применение: гематология</p> <p>Наполнители: EDTA K2, EDTA K3</p> <p>Размер пробирок (мм.): 13x75</p> <p>Стандартный объем образца (мл): 2</p> <p>Сухая или жидкая ЭДТА K2 нанесена на</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6000(штук) |



|    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                                                                  | <p>внутреннюю стенку пробирки в концентрации 1.2 мг — 2.0 мг (0.00411 моль/литр — 0.006843 моль/литр) сухой ЭДТА на 1 мл крови.</p> <p>Гематологические пробирки подходят для использования в автоматических анализаторах без открывания крышки. Игла анализатора легко протыкает резиновую часть пробки пробирки.</p> <p>Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 об/мин.</p> <p>Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин.</p> <p>Рабочая температура: 0°C-37°C</p> <p>Максимальное отклонение содержания вакуума: 10%</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 24 | Ферментативный очиститель для гематологии 1 л                                                    | <p>Буферный водный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводимости и осмолярности. Жидкость синего цвета без запаха. Содержание протеолитического фермента &lt; 1%; формиата натрия &lt; 0.8 %; хлорида натрия &lt; 0.6%, солей ЭДТА &lt; 0.2%; пропиленгликоля &lt; 3.5%; сурфактанта &lt; 0.2% к гематологическому аппарату MicroCC-20Plus</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10(флакон)  |
| 25 | Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)                                            | <p>1 л)/ (HTI Lytic Reagent (1l) HTI MicroCC-20Plusадаптированные для MicroCC-20Plus – современный, автоматический гематологический анализатор на 20 параметров, с дифференциацией лейкоцитов по 3-м субпопуляциям и построением 3-х гистограмм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 (флакон)  |
| 26 | Дилуэнт Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)                        | <p>Буферный водный раствор с фиксированными параметрами pH, электропроводимости и осмолярности. Бесцветная жидкость без запаха.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6(ёмкость)  |
| 27 | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт) | <p>Предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме.</p> <p>Материал - полипропилен</p> <p>Объем - 1.5 мл</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· ПП, градуированные, муаровая поверхность для надписей;</li> <li>· выдерживают автоклавирование при 120 °C;</li> <li>· выдерживают кипячение;</li> <li>· выдерживают замораживание до -80 °C;</li> <li>· возможность центрифугирования при 17 000 g;</li> <li>· сертифицированы на отсутствие ДНКаз, РНКаз, ДНК;</li> </ul> | 6(упаковка) |

|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 28 |                                                                       | возможен заказ пробирок разного цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|    | Микроцентрифужные пробирки Axugen® MaхуClear Snaplock 2,0 мл (250 шт) | <p>Микроцентрифужные пробирки с градуировкой объемом 2 мл. Наилучшее сочетание цены и качества. Оптическую прозрачность обеспечивает технология MaхуClear – очищенный до 99.9% полипропилен.</p> <p>Объем 2 мл.<br/>Плоская крышка с матовой поверхностью для надписей<br/>Участок для прокалывания иглой на крышке<br/>Бесцветные, оптически прозрачные<br/>Очень аккуратная градуировка<br/>Ультра гладкая поверхность для превосходной видимости образца<br/>Матовый участок для подписывания на боковой поверхности<br/>Boil-Proof – устойчивы к большому внутреннему давлению при кипячении<br/>В упаковке 500 шт.<br/>Центрифугируются при 14 000 g<br/>Автоклавируются при 121°C, 15 мин.</p> | 10(упаковка) |

**2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:**

| № | Наименование потенциальных поставщиков                                                                           | БИН (ИИН)/ИНН/УНП | Дата и время представления заявки (по хронологии) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206                 | БИН 170340032567  | 25.02.2022 г. 10 час. 43 мин.                     |
| 2 | ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061 | БИН 131040012349  | 25.02.2022 г. 10 час. 43 мин.                     |
| 3 | ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001    | БИН 160640027450  | 28.02.2022 г. 10 час. 51 мин.                     |
| 4 | ТОО «Вельд», г.Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, строение 23, корпус 2, н.п. 1, 050000                   | БИН 020140001768  | 01.03.2022 г. 11 час. 22 мин.                     |
| 5 | ТОО «FlyMed Group Султан», г. Нур- район Есиль, улица Жұбан Молдағалиев, дом 4, кв.93,                           | БИН 180640004118, | 02.03.2022 г. 14 час. 05 мин.                     |



|   |                                                                                                         |                  |                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|   | 010000                                                                                                  |                  |                               |
| 6 | ТОО «KazMedEquipment»,<br>г.Нур-Султан, район Есиль,<br>улица Сығанак, дом 25, 6<br>этаж, ВП -6, 010000 | БИН 140340000454 | 02.03.2022 г. 15 час. 45мин.  |
| 7 | ТОО «Диамед», г.Алматы,<br>Медеуский район, улица<br>Кармысова К, дом 96/2,<br>050010                   | БИН 971240000446 | 03.03.2022 г. 09 час. 19 мин. |
| 8 | ТОО «KAZMEDTRADE»,<br>г.Алматы, Турксибский<br>район, улица Алгабасская,<br>дом 2А, 050054              | БИН 160740007102 | 03.03.2022 г. 09 час 40 мин.  |

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендерных заявок».

| №<br>п/п | Наименование<br>потенциального<br>поставщика | Документы<br>подтверждающие<br>правоспособность<br>(для юр.лиц)<br>гражданская<br>Дееспособность<br>(для физ.лиц) | Таблица цен<br>потенциального<br>поставщика | Документ<br>подтверждающий<br>платежеспособность, об<br>отсутствии<br>налоговой<br>задолженности,<br>отсутствии<br>задолженности<br>и по ОПВ,<br>ОППВ, СО,<br>ОСМС | Информация<br>перечня<br>недобросовестных<br>потенциальных<br>поставщиков | Документ<br>подтверждающий разрешение<br>на<br>осуществление<br>предпринимательской<br>деятельности<br>физ. и юр.лица |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ТОО «Halyk<br>Medical<br>Company»            | В наличии                                                                                                         | В наличии                                   | Справка по<br>состоянию на<br>15.02.2022 г.                                                                                                                        | Несостоит                                                                 | В наличии                                                                                                             |
| 2        | ТОО «LabTest<br>Diagnostics»                 | В наличии                                                                                                         | В наличии                                   | Справка с его<br>по состоянию<br>на 17.02.2022 г.                                                                                                                  | Несостоит                                                                 | В наличии                                                                                                             |


|   |                       |           |           |                                               |           |           |
|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3 | ТОО «ДиАКиТ»          | В наличии | В наличии | Справка по состоянию на 14.02.2022 г.         | Состоит   | В наличии |
| 4 | ТОО «Вельд»           | В наличии | В наличии | Справка с его в по состоянию на 17.02.2022 г. | Состоит   | В наличии |
| 5 | ТОО «FlyMed Group»    | В наличии | В наличии | Справка с его в по состоянию на 15.02.2022 г. | Несостоит | В наличии |
| 6 | ТОО «KazMedEquipment» | В наличии | В наличии | Справка с его в по состоянию на 08.02.2022 г. | Несостоит | В наличии |
| 7 | ТОО «Диамед»          | В наличии | В наличии | Справка с его в по состоянию на 01.03.2022 г. | Несостоит | В наличии |
| 8 | ТОО «KAZMEDTRADE»     | В наличии | В наличии | Справка с его в по состоянию на 01.03.2022 г. | Несостоит | В наличии |

**4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:**

| № п/п лотов | Наименование поставщика     | Наименование закупаемых товаров                                                                           | Кол-во, объем | Единица измерения | Цена за единицу | Общая сумма |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 5 лот       | ТОО «Halyk Medical Company» | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | 10            | Набор             | 35000           | 350000      |
| 14 лот      | ТОО «Halyk Medical Company» | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) р24 набор диагностический 480 тестов                          | 415           | Набор             | 105000          | 43575000    |
| 5 лот       | ТОО «LabTest Diagnostics»   | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | 10            | Набор             | 36200           | 362000      |
| 14 лот      | ТОО «LabTest Diagnostics»   | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) р24 набор диагностический 480 тестов                          | 415           | Набор             | 107500          | 44612500    |
| 10 лот      | ТОО                         | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                           | 8             | штук              | 35000           | 280000      |



|        |                        |                                                                                                           |     |          |        |          |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|----------|
|        | «ДиАКиТ»               |                                                                                                           |     |          |        |          |
| 20 лот | ТОО «ДиАКиТ»           | Предметное стекло 76*26                                                                                   | 900 | штук     | 31     | 27900    |
| 27 лот | ТОО «ДиАКиТ»           | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт)          | 6   | Упаковка | 2750   | 16500    |
| 28 лот | ТОО «ДиАКиТ»           | Микроцентрифужные пробирки Axygen® MaxyClear Snaplock 2,0 мл (250 шт)                                     | 10  | Упаковка | 16000  | 160000   |
| 8 лот  | ТОО «Вельд»            | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                            | 8   | Упаковка | 32286  | 258288   |
| 10 лот | ТОО «Вельд»            | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                           | 8   | Штук     | 32990  | 263920   |
| 12 лот | ТОО «Вельд»            | Пробирки для ПЦР V=0,2 мл (1000шт) Axygen®                                                                | 5   | Упаковка | 22979  | 114897   |
| 1 лот  | ТОО «FlyMed Group»     | Экспресс-тест OnSite 4-го поколения для определения HIV Ag/Ab                                             | 80  | Упаковка | 52500  | 4200000  |
| 2 лот  | ТОО «FlyMed Group»     | Контроль Positivia HIV P24 Ag                                                                             | 1   | Упаковка | 100000 | 100000   |
| 13 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | Контрольная кровь Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3*2,5мл                                                       | 8   | набор    | 68900  | 551200   |
| 15 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | Очиститель Концентрат 50 мл, Драйпак                                                                      | 2   | флакон   | 11690  | 23380    |
| 16 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | (HTI Enzymatic Cleaner Concentrat 50 ml Drypack)                                                          | 2   | флакон   | 13790  | 27580    |
| 24 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | Ферментативный очиститель для гематологии 1 л                                                             | 10  | флакон   | 19790  | 197900   |
| 25 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | Лизирующий Раствор 500мл, / (HTI Lytic Reagent 500ml)                                                     | 6   | флакон   | 36990  | 221940   |
| 26 лот | ТОО «KazMedEquip ment» | Дилуент Изотонический разбавитель 20л, Драйпак (HTI Diluent 20l, Drypack)                                 | 6   | ёмкость  | 31990  | 191940   |
| 5 лот  | ТОО «Диамед»           | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | 10  | Набор    | 24800  | 248000   |
| 14 лот | ТОО «Диамед»           | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) p24 набор диагностический 480 тестов                          | 415 | Набор    | 60000  | 24900000 |
| 17 лот | ТОО «Диамед»           | КомбиБест ВИЧ АГ/АТ (комплект 1)                                                                          | 20  | Набор    | 41950  | 839000   |






| 8 лот  | TOO «KAZMEDTR ADE» | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                   | 8    | упаковка | 37300 | 298400 |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|--------|
| 9 лот  | TOO «KAZMEDTR ADE» | Дозатор 1-канальный V=5-300 мкл                                                                  | 8    | штук     | 37300 | 298400 |
| 10 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                  | 8    | штук     | 37300 | 298400 |
| 11 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Дозатор 8-канальный V=5-300 мкл                                                                  | 8    | штук     | 37300 | 298400 |
| 18 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Одноразовое гинекологическое зеркало                                                             | 100  | штук     | 167   | 16700  |
| 19 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Зонд урогенитальный одноразовый (универсальный тип А)                                            | 300  | штук     | 62    | 18600  |
| 20 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Предметное стекло 76*26                                                                          | 900  | штук     | 12    | 10800  |
| 22 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Игла бабочка, 22G, 1 ¼ двусторонняя, стерильная                                                  | 1000 | штук     | 61,5  | 1000   |
| 23 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Ваккумные пробирки для забора крови 5 мл, цвет крышки светло фиолетовый с гелем                  | 6000 | штук     | 47    | 282000 |
| 27 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт) | 6    | упаковка | 3900  | 23400  |
| 28 лот | TOO «KAZMEDTR ADE» | Микроцентрифужные пробирки Аxygen® MaxyClear Snaplock 2,0 мл (250 шт)                            | 10   | упаковка | 9000  | 90000  |

#### 5. Отклоненные заявки на участие в конкурсе (количество заявок)

| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН)/ ИИН/УНП | Причина отклонения                                                                              |
|---|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | TOO «Диамед»                           | БИН 971240000446   | На основании подпункта 9 пункта 70, главы 8 Постановления Правительства РК №375 по лотам 5 и 14 |

#### 6. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

| № | Наименование потенциального | БИН (ИИН)/ ИИН/УНП |
|---|-----------------------------|--------------------|
|---|-----------------------------|--------------------|



|   | поставщика                  |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
| 1 | ТОО «Halyk Medical Company» | БИН 170340032567 |
| 2 | ТОО «LabTest Diagnostics»   | БИН 131040012349 |
| 3 | ТОО «ДиАКиТ»                | БИН 160640027450 |
| 4 | ТОО «Вельд»                 | БИН 020140001768 |
| 5 | ТОО «FlyMed Group»          | БИН 180640004118 |
| 6 | ТОО «KazMedEquipment»       | БИН 140340000454 |
| 7 | ТОО «Диамед»                | БИН 971240000446 |
| 8 | ТОО «KAZMEDTRADE»           | БИН 160740007102 |

7.Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.

8.Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

- На основании пункта 74, главы 8 Постановления Правительства РК №375 признать тендер по лоту № 5, 8, 10, 14, 20, 27, 28 состоявшимся;

| - № лота | Наименование закупаемых товаров                                                                           | Ед.измерения | Количество | Наименование и нахождение победителя                                                                          | Сумма договора |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5        | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | набор        | 10         | ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206              | 350000         |
| 8        | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                            | упаковка     | 8          | ТОО «Вельд», г.Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, строение 23, корпус 2, н.п. 1, 050000                | 258288         |
| 10       | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                           | штук         | 8          | ТОО «Вельд», г.Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, строение 23, корпус 2, н.п. 1, 050000                | 263920         |
| 14       | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) р24 набор диагностический 480 тестов                          | набор        | 415        | ТОО «Halyk Medical Company», г.Алматы, Алмалинский район, Проспект Сейфуллина, дом 458, офис 206              | 43575000       |
| 20       | Предметное стекло 76*26                                                                                   | штук         | 900        | ТОО «KAZMEDTRADE», г.Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А, 050054                             | 10800          |
| 27       | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт)          | упаковка     | 6          | ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Әлихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001 | 16500          |
| 28       | Микроцентрифужные пробирки Axygen® MaxyClear Snaplock 2,0 мл (250 шт)                                     | упаковка     | 10         | ТОО «KAZMEDTRADE», г.Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А, 050054                             | 90000          |

- Определить победителем по лотам № 5, 14 ТОО «Halyk Medical Company» БИН 170340032567;
- Определить победителем по лотам № 8, 10 ТОО «Вельд», БИН 020140001768;
- Определить победителем по лотам № 20, 28 ТОО «KAZMEDTRADE», БИН 160740007102;
- Определить победителем по лоту № 27 ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

- На основании пп.1 пункта 73, главы 8 Постановления Правительства РК №375 в силу отсутствия представленных тендерных заявок, закуп способом тендера по лотам № 3, 4, 6, 7, 21 признать несостоявшимся;
- На основании пункта 72, главы 8 Постановления Правительства РК №375 в силу подачи только одной заявки, закуп способом тендера по лотам № 1, 2, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 признать несостоявшимся и осуществить закуп из одного источника с подавшим данную заявку:  
 ТОО «FlyMed Group», БИН 180640004118 по лотам №1, 2;  
 ТОО «KazMedEquipment», БИН 140340000454 по лотам № 9,11, 18, 19, 22, 23;  
 ТОО «Вельд», БИН 020140001768 по лоту №12;  
 ТОО «KazMedEquipment», БИН 140340000454 по лотам № 13, 15, 16, 24, 25, 26;  
 ТОО «Диамед», БИН 971240000446 по лоту №17.

9. Наименование и местонахождение участника тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя.

| № лота | Наименование закупаемых товаров                                                                           | Ед.измерения | Количество | Наименование и местонахождение второго победителя                                                                | Сумма договора |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5      | Тест-система для подтверждения наличия поверхностного антигена HBsAg вируса гепатита В, антиген 96 тестов | набор        | 10         | ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061 | 362000         |
| 8      | Дозатор 1-канальный V=1000 мкл                                                                            | упаковка     | 8          | ТОО «KAZMEDTRADE», г.Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А, 050054                                | 298400         |
| 10     | Дозатор 1-канальный V=5-100 мкл                                                                           | штук         | 8          | ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001    | 280000         |
| 14     | Тест система иммуноферментная (ВИЧ1 и ВИЧ2) р24 набор диагностический 480 тестов                          | набор        | 415        | ТОО «LabTest Diagnostics», г.Алматы, Алатауский район, Микрорайон Самгау, улица Ырысты, дом 15, офис 310, 050061 | 44612500       |
| 20     | Предметное стекло 76*26                                                                                   | штук         | 900        | ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19,                         | 27900          |



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



|    |                                                                                                  |          |    |                                                                                                               |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                  |          |    | строение 40А, 100001                                                                                          |        |
| 27 | Микроцентрифужные пробирки V=1,5 мл типа "Eppendorf" неокрашенные ("Sarstedt", Германия) (500шт) | упаковка | 6  | ТОО «KAZMEDTRADE», г.Алматы, Турксибский район, улица Алгабасская, дом 2А, 050054                             | 23400  |
| 28 | Микроцентрифужные пробирки Axugen® MaxyClear Snaplock 2,0 мл (250 шт)                            | упаковка | 10 | ТОО «ДиАКиТ», Карагандинская область, г.Караганда, район Элихан Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001 | 160000 |

- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Halyk Medical Company» БИН 170340032567;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Вельд», БИН 020140001768;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «KAZMEDTRADE», БИН 160740007102;
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «ДиАКиТ», БИН 160640027450.

#### Комиссия в составе:

1. Уранкаева Г.К. зам.директора по эпид.орг. вопросам - председатель комиссии / 
2. Абуова А.А., зав. лабораторией, член комиссии / 
3. Мельмана С.А., и.о. заведующего лечебного отдела, член комиссии / 
4. Карабалаева Д.А., бухгалтер, член комиссии / 
5. Даулбаев И.А., экономист - секретарь комиссии / 

 С.А.)   