

Протокол

Итогов тендера по закупу «Медицинской техники и медицинских изделий» на 2023 г.

КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД".

г.Алматы

«13» декабря 2023 года




Наименование заказчика: КГП на ПХВ "Алматинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД"

Адрес заказчика: г. Казанская 33

Дата начала приема заявок: 10.11.2023 г.

Дата окончания приема заявок: до 10:00 часов 04.12.2023 г.


Комиссия в составе:

1. Жаканова Г.А., Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг, директор, председатель комиссии / 
 2. Ибраимов Д.М., Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплеанс офицер) – заместитель председателя / 
 3. Курманбаев Б.К., врач лаборатории, член комиссии / 
 4. Ерденев Н.А., экономист - секретарь комиссии / 
- (Экспертная комиссия не привлекалась).

Провела оценку и сопоставление тендерных заявок по следующему объему закупаемых товаров и суммы, выделенной для их закупа по каждому наименованию.

1. Наименование, краткая характеристика:




№ ло та	Наименование закупаемых товаров	Ед.изм	Количес во, объем	Цена за единицу в тенге	Общая сумма в тенге
1	Набор реагентов (1наборе 200 исследования)	набор	150	240 000	36000000
	Итого:				36000000 (тридцать шесть миллионов) тенге 00 тиын



1


Техническая спецификация закупаемых товаров

№ лота	Наименование	Характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма, тенге
1	Суммарное определение антител и антигенов ВИЧ	Набор реагентов предназначен для суммарного качественного определения in vitro p24 антигена вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) и специфических антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типа 1 (группы М и О) и/или вируса иммунодефицита человека типа 2 в сыворотке и плазме методом хемилюминесцентного иммуноанализа (CLIA). Состав набора: 1. Картридж реактивов (порядок расположения реактивов отражает их расположение в картриджах реактивов): - Магнитные частицы - магнитные частицы, покрытые рекомбинантным антигеном gp41 ВИЧ-1 (группа М), полученным в E. coli, биотинилированными пептидами ВИЧ-1 группы О и ВИЧ-2, биотинилированными моноклональными антигенами p24 антигена ВИЧ BSA, буфером PBS, <0,1% азида натрия.; 2,5 мл. - Калибратор 1 - низкие уровни рекомбинантного антигена ВИЧ p24 (полученного в E. coli), бычий апротинин, казеин, буфер PBS, 0,2% ProClin® 300, инертный желтый краситель.; 2,9 мл. - Буфер для анализа 1 - моноклональный антиген p24 против ВИЧ, конъюгированный с флуоресцеином, бычьей сывороткой, казеином, БСА, неспецифическим IgG (мышинный поликлональный), буфером HEPES, детергентом, ЭДТА, 0,2% ProClin™ 300, консервантами.; 10,8 мл. - Конъюгат - рекомбинантный антиген gp41 ВИЧ-1 (группа М) (получен в E. coli), пептиды ВИЧ-1 группы О и ВИЧ-2, моноклональные антитела к антигену p24 ВИЧ и моноклональные антитела к флуоресцину, конъюгированные с производным изолюминола, овечья	набор	150	24000 0	3600000 0

	сыворотка, негативная человеческая сыворотка, казеин, неспецифический IgG (мышинный поликлональный), БСА, ТРИС буфер, 0,2% ProClin® 300, <11% этиленгликоль, консерванты.; 2x23 мл. Минимально необходимый объем образца 350 µл (200 µл на исследование + 150 µл мертвый объем). Цитрат натрия, ЭДТА калия, гепарин лития и натрия, оксалат калия, ACD (кислая цитрат-декстроза), CPD (цитрат-фосфат-декстроза), CPDA (цитрат-фосфат-декстроза-аденин) могут быть использованы в качестве антикоагулянтов. Измеряемый диапазон: положительно/отрицательно. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, диагностическая специфичность не менее 99.5%. Хранить при 2–8°C. Стабильны в закрытом виде до истечения срока годности, указанного на упаковке; на борту анализатора: 4 недели. Не замораживать. Фасовка: 1x200 тестов. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения.				
Итого:					36000000 (тридцать шесть миллионов) тенге 00 тиын

2.Тендерную заявку на участие в тендере предоставили следующие поставщики:



№	Наименование потенциальных поставщиков	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Дата и время представления заявки (по хронологии)
1	ТОО «Ясар эксперт»	090740006268	01.12.2023 г. 15 час. 01 мин.

3. Наличие документов, предоставленные на участие в тендере потенциальными поставщиками по квалификационным требованиям отражены в протоколе вскрытия и оглашены при вскрытии конвертов, также при всех присутствующих участников тендера и тендерной комиссии, о чем имеются соответствующие записи в «Журнале регистрации представителей потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии тендерных заявок».

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы подтверждающие правоспособность (для юр.лиц) гражданская Дееспособность (для физ.лиц)	Таблица цен потенциального поставщика	Документ подтверждающий платежеспособность, об отсутствии налоговой задолженности, отсутствии задолженности по ОПВ, ОППВ, СО, ОСМС	Информация перечня недобросовестных потенциальных поставщиков	Документ подтверждающий разрешение на осуществление предпринимательской деятельности физ. и юр.лица
1	ТОО «Ясар эксперт»	В наличии	В наличии	справка от 13.11.2023г	Не состоит	В наличии

4. Поставщики предоставили тендерную заявку с ценовыми предложениями:

№ п/п лотов	Наименование поставщика	Наименование закупаемых товаров	Единица измерения	Кол-во, объем	Цена за единицу	Общая сумма
1 лот	ТОО «Ясар эксперт»	Набор реагентов (1наборе 200 исследования)	набор	150	240000	36000000

5. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены (количество заявок):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП
1	ТОО «Ясар эксперт»	090740006268

6.Изменения и дополнения в тендерную заявку не вносились.



7. Запросы о разъяснении тендерной документации не поступали.

Решение тендерной комиссии:

Комиссия, рассмотрев представленные тендерные заявки решила:

- На основании пункта 64 Главы 2 Правил признать лот №1 несостоявшимся и по основании подачи только одной заявки, соответствующей условиям тендерной документации, осуществить закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.
- В течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направить подписанный договор потенциальному поставщику ТОО «Ясар эксперт», БИН 090740006268.

Комиссия в составе:

1. Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг. и.о директора, председатель комиссии / 
2. Ибраимов Д.М., Заведующий отделом эпидемиологического надзора (Комплеанс офицер) – заместитель председателя / 
3. Курманбаев Б.К., Врач лаборатории, член комиссии / 
5. Ерденов Н.А., экономист - секретарь комиссии / 